



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

چک لیست پایش مسئول CSR

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲

تاریخ بازدید:			بیمارستان:
ارزیاب:			بخش:
نمره	پایش اول	پایش دوم	
1			نظارت بر تمیز کردن ، استریلیزه کردن و آماده سازی وسایل و لوازم جراحی در اتاق عمل و واحد CSR
2			نظارت بر نظافت و ضد عفونی دستگاهها و فضای فیزیکی
3			نظارت بر عملکرد پرسنل واحد CSR و بررسی و کنترل شستشو و استریلیزه وسایل ، شستن دستها، نحوه بازکردن وسایل استریل و استفاده صحیح از گان و ماسک و ..
4			آموزش پرسنل شاغل در CSR
5			نظارت و کنترل نحوه packing و پیچیدن وسایل و ست های اتاق عمل و بخش ها در واحد CSR
6			نظارت و کنترل بر کارکرد صحیح اتوکلاو
7			نظارت بر حمل و نقل ایمن وسایلی که خارج یا وارد CSR می شوند.
8			نظارت بر دفتر تحویل وسایل به اتاق عمل و بخش ها
9			نظارت بر پگ ها و ست ها (لیبل بر روی ست های استریل وجود دارد و حداقل اطلاعات ثبت شده بر روی ست ها شامل تاریخ، نام ست، نام کاربر CSR، تعداد اقلام، شماره سیکل و شماره دستگاه می باشد).
10			نظارت بر اندیکاتورها (کلاس چهار (کمتر از ۱۲ قلم) و کلاس شش (بیش از ۱۲ قلم) در ست ها موجود است و پرسنل از تفاوت آنها مطلع هستند).
11			نظارت بر کار خدمات و کمک پرستار (فرآیند پاکسازی، شستشو و گندزدایی را به درستی برای ابزار و تجهیزات انجام می دهد).
12			نظارت بر صحت عملکرد و کیفیت محلول های گندزدای سطح بالا (فضای اتاق کار کثیف، مرتب و تمیز است و دستورالعمل نحوه گندزدایی ابزار و تجهیزات وجود دارد نحوه تهیه محلول گندزدا، نوع و غلظت محلول مورد استفاده و سرپرستار بر استفاده صحیح از محلولها نظارت دارد.)
13			نظارت بر استریل نمودن اقلام حساس به حرارت مطابق با استانداردهای کارخانه سازنده و ضوابط مربوطه

14	ستها در محل مناسب و به دور از رفت و آمد، جریان هوا، نور مستقیم بوده و در قفسه های مشبک با رعایت فاصله از دیوار، کف و سقف نگهداری می شوند.	2	
15	مهارت در کار با تجهیزات اختصاصی	3	
16	زمان نگهداری ستهای بستگی به متریال مورد استفاده و محل نگهداری ستهای قابل تغییر است (چهار لایه پارچه به شرط مناسب بودن شرایط نگهداری ۲ هفته، ۲ لایه کرپ به شرط مناسب بودن شرایط نگهداری تا یک ماه است) در صورت کم شدن لایه ها و استاندارد نبودن محل نگهداری ست ها، از تعداد روزها کاسته می شود.	3	
17	فضای اتاق تی شویی تمیز است، تی ها آویزان و تفکیک شده می باشند (تفکیک بر اساس نظر بهداشت محیط انجام می شود) و دستورالعمل نحوه تهیه محلول گندزدا و نحوه گندزدایی سطوح نصب می باشد و سرپرستار بر روند کار نظارت دارد.	3	
18	برنامه مدون برای واشینگ بخش و گندزدایی ابزار، تجهیزات و سطوح در بخش موجود است، پرسنل خدمات و کمک پرستار از آن آگاهی داشته و سرپرستار بر روند اجرای آن نظارت دارد.	3	
امتیاز چک لیست:		50	
امتیاز نهایی:			