



عنوان	سوختگی بیمار با کوتر
شرح حادثه	بیمار آقای ۵۹ ساله در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۰ تحت عمل جراحی قلب (CABG) قرار می گیرد و در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۲ به علت کاهش فشار خون و دیورز و شک به تامپوناد قلبی مجدداً و به صورت اورژانسی در ساعت ۱۰:۰۰ به اتاق عمل فرستاده می شود. در ساعت ۱۳:۰۰ پس از تحویل بیمار از اتاق عمل، پرسنل تحویل گیرنده در ICU قلب به هنگام چک بیمار متوجه سوختگی درجه ۲ احتمالاً ناشی از کوتر به ابعاد ۱۰*۱۰ در قسمت تحتانی پشت کمر بیمار می شوند که به پزشک معالج اطلاع داده می شود و طبق دستور ایشان محل سوختگی شستشو داده شده و با پماد سیلور پانسمان می گردد. پرسنل اتاق عمل از چگونگی ایجاد حادثه سوختگی برای بیمار اطلاع ندارند و اظهار داشتند بیمار نیاز به هموستاز نداشته و پلیت کوتر وصل شده است ولی از قلم آن استفاده نشده است.
علل رویداد حادثه	✓ عدم چک دقیق بیمار حین عمل ✓ عدم چک دقیق اتصالات قبل و حین عمل ✓ عدم چک بیمار بعد از اتمام جراحی و قبل از انتقال به بخش
اقدامات اصلاحی	✓ لزوم چک دقیق شرایط تهدید کننده حیات در درمان بیمار توسط پرسنل حین عمل و پیشگیری از وقوع حوادث مشابه ✓ چک کلیه اتصالات بیمار و دستگاه ها در اتاق عمل قبل از شروع جراحی